

Navodila za uporabo za SUPRAVISION

Komplet za punkcijo in zamenjavo za suprapubično drenažo mehura

GANL Nr. 03-C Supravision_SL_06/17.08.2017

Opomba: Ta medicinski izdelek lahko pridobi in uporablja samo usposobljeno medicinsko osebo.

1. Opis
SUPRAVISION Komplet za punkcijo in zamenjavo za suprapubično drenažo mehura z/brez balona.

2. Vsebina kompleta in embalaža

- Suprapubični kateter
- Razcepljeni kanilo (samo za komplete za punkcijo)
- Dilator z razcepljenim tulecem (samo za dilatacijske komplete za zamenjavo)
- Mandren, narejen iz medicinskega nerjavnega jekla (za katete z vottom mandrenom)
- Vodilna žica, s teflonsko prevleko ali jeklenu (komplet za zamenjavo)
- Sponta (ni primerna za balanske katete)
- Fiksacijski obliž (ni primeren za balanske katete)
- Zamašek za kateter
- Navodila za uporabo

3. Namenska uporaba

Suprapubična drenažna mehura.

4. Indikacija

- Urvanjanje izločanja urina
- Medoperativno in pooperativno odvajanje urina
- Motrje praznjenja mehura
- Za akutno vnetje prostate ali vnetje epididimisa z motnjami praznjenja urinarnega trakta
- Začetno zdravljenje po poškodbě sečnice
- Kontraindikacije
 - Krči mehura
 - Brzogotne ali opelkine pred mehurjem ali nad simfizo
 - Ileus (intestinalna obstrukcija)
 - Meteorizm (npr. naplnjenost v črevesju)
 - Nosečnost
 - Debelost
 - Renalna insuficienca
 - Tumor v spodnjem delu trebuhu ali sečnem mehuru
 - Močna makroskopska hematurija in nagnjenost h krvavitvi
 - Kožne bolezni na območju punkcije

To drugih kontraindikacij pride zaradi omejitev za ustrezne osnovne aplikacije.

6. Stranski učinki

Potreba po uriniranju, draženje zaradi tujka v mehurju, makroskopska hematurija zaradi punkcije, draženje kože na območju punkcije, okužbe

7. Navodili

Punkcijo je treba izvesti pod ultravokom.
Zahetve za punkcijo:
- Prepričajte se, da je mehur ustrezno poln. Če mehur ni dovolj poln, ga napolnite s transuretralnim katetrom.

- Določite mesto punkcije – na sredinski črti spodnjega dela trebuhu, pribl. 2 cm nad simfizo. Izogibajte se lateralnemu odklonu punkcije!

- Kirurski razkuži kožo

- Uvedite lokalno anestezijo

Tehnična izvedba punkcije:

- Katete priključi na urinsko vrečko. Vstavite kateter v razcepljeno kanilo do 1. oznake in odstranite varovalo kanile.
- Pred izvedbo punkcije s sklepalom naredite vrez v kožo.
- Uporabite pripravljeno razcepljeno kanilo in predrite mehur pribl. 2 cm nad simfizo pravokotno na trebušno steno.
- Vstavite kateter skozi kanilo v mehur do 2. oznake.

POMEMBNO:

Od tega trenutka datila katete ne smete več povleči nazaj v ovoj, drugega ga lahko ostra kanila ureže, in ga ne premikate več, ko ga namestite.

- Za kateter z balonom: Balon napolnite s predpisano količino tekočine (glejte nalepko).

- Za kateter brez balona: Kateter pridrite na kožo s pritrdilnim obližem.

- Karilo povlečite iz punkcijskega kanala navzgor v priključek katete.

- Razcepite kanilo tako, da držali sočasno povlečete naoren in navzdol.

Tehnična izvedba punkcije (balonski kateter z vottom mandrenom):

- Punkcijo in vstavitev vodilne žice s prožno konico.

Opomba:
Pred uporabo je treba na votel mandren nanesti unosteni urezljivi lubrikant. Nato vstavite votel mandren v cevko balonskega katete.

- Balonski kateter namestite s stalno vodilno žico.

- Votel mandren izvlecite iz balonskega katete.

- Ko dosežete točen položaj, odstranite vodilno žico.

- Balon napolnite s predpisano količino tekočine (glejte nalepko).

Zamenjava katete:

- Sprosite balon (za balonski kateter) ali odstranite (za kateter brez balona).
- S prožno konico vstavite žico za zamenjavo skozi stalni kateter v mehur, hkrati pa čim bolj naravnost raztegnite kateter.
- Odstranite kateter iz mehura prek stalne žice za zamenjavo.
- Vstavite kateter v mehur s pomočjo stalne žice za zamenjavo.
- Za kateter z balonom: Balon napolnite s predpisano količino tekočine (glejte nalepko).
- Za kateter brez balona: Kateter pridrite na kožo s pritrdilnim obližem.

Posebna navodila za uporabo dilatacijskih kompletov za zamenjavo z zavito konico:
Pri vstavljanju balonskega katete skozi razcepljen tulec dilatatorja morate kateter raztegniti z vodilno žico!

8. Morebitni zapleti in/ali tveganja

- Zaradi predriža žil v steni mehura lahko pride do hematurije.
- Prehitro praznjenje prepričljivega mehura lahko povzroči krvavitev v steni mehura. (Mehur izprazni postopoma.)
- Dolgotrajna drenažna mehura lahko vpliva na zmanjšano zmogljivost mehura.
- Okužbe
- Inkrustacija
- Premik katete

9. Opozorila/previdnostni ukrepi

- Izdelek je sterilen le v primeru, da je embalaža nepoškodovana in zaprta.
- Samo za enkratno uporabo! Izdelka ne uporabljajte ponovno, ga ne reciklirajte oz. ponovno sterilizirajte. Ponovna uporaba, reciklacija ali ponovna sterilizacija lahko ogroži strukturno celovitost instrumenta in/ali povzroči okvaro instrumenta, kar lahko privede do bolezni, poškodbe ali celo smrti pacienta.
- Izdelek ne uporabljajte po pretečenem roku uporabnosti.
- Izdelek je v stiku z balonom v sestavni deli katete.
- Pred uporabo je treba natančno pregledati vse sestavne dele glede združljivosti in celovitosti.
- Za punkcijo je treba izbrati najmanjšo možno punkcijsko kanilo!
- Ne poškodujte katete z ostriimi kirurškimi instrumenti – to poveča tveganje za zlom katete in/ali balona.
- Balona ne blokirajte preveč! Blokirajte ga samo do največje navedene prostornine! (Podrobnosti lahko najdete na prilogi katete in/ali na nalepki.)
- Da zmanjšate nevarnost izgube prostornine v balonu, uporabite destilirano vodo, in 10-ostoltni glicerin.
- Redno preverjajte prehodnost in položaj katete. Prostornino polniljenja balona je treba preverjati v intervalih od 1–2 tednov. Preden ponovno napolnite balon, ga najprej posvetri izpraznitve in ga blokirajte, dokler doseže nazivne prostornine pri maksimumu. Balon napolnite z rahlim pritiskom.
- Za zmanjšanje tveganja za okužbo urinarnega trakta ne smete sprostiti spoja med katetom in urinsko vrečko. Priporočljivo so zaprti sistemi odvajanja.
- V izjemnih primerih balonu mora biti močno sprostriti. V tem primeru balon izpraznite s posebnimi ukrepi (npr. tako da odrezete ventil, predrete balon s suprapubičnim vrezom itd.). Uporabnik se mora odločiti za najustreznejši ukrep v danem situaciji. Po izvedbi enega od ukrepov je treba preverti, ali je balon celovit.
- Redno preverjajte prehodnost in položaj katete, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.
- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.
- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni. Če je potreben dolgotrajan urinska katetrizacija, uporabite silikonske balonske katete.

10. Interakcija z drugimi zdravili

Barva katete se lahko spremeni zaradi sočasnega jemanja zdravil ali celo zaradi stika z urinom.

11. Transportni pogoj in pogoj skladjenja

Izdelek lahko prevažate in skladite samo v embalaži, ki je za to namenjena. Za transport ni dodatnih posebnih zahtev.

Izdelek morate hraniti na suhem mestu in jih zaščititi pred neposredno sončno svetlobo, temperaturo pa naj bo 5–30 stopinj Celzija.

12. Odstranjevanje

Po uporabi ta izdelek lahko predstavlja biološko tveganje. Ravnanje z izdelkom in odstranjevanjem morata biti skladna z uradnimi medicinskim postopki, upoštevati pa je treba veljavne pravne predpise in smernice.

13. Odstranjevanje

Po uporabi ta izdelek lahko predstavlja biološko tveganje. Ravnanje z izdelkom in odstranjevanjem morata biti skladna z uradnimi medicinskim postopki, upoštevati pa je treba veljavne pravne predpise in smernice.

14. Tekninični podatki

Izdelek je treba izdelati na podlagi tehničnih podatkov, ki jih je podal izdelovalec.

15. Kontraindikacije
- Kontrahibes urinopūsis

- Prevezikalna ali suprasimfizalna sarčeščana ali apdegeumi

- Dilatatori ar daftu apvalku (taki dilatacijske komplekte - nomaičas komplekt)

- Medicinska kanila nešošna terauda mandrenu (katetrom ar dobu mandrenu)

- Vodilna žica, s teflonsko prevleko ali jekleno (glejte nalepko)

- Razcepljeni kanilo tako, da držali sočasno povlečete naoren in navzdol.

- Kontraindikacije

- Krči mehura
- Brzogotne ali opelkine pred mehurjem ali nad simfizo
- Ileus (intestinalna obstrukcija)
- Meteorizm (npr. žamno v črevesju)
- Nosečnost
- Debelost
- Renalna insuficienca
- Tumor v spodnjem delu trebuhu ali sečnem mehuru
- Močna makroskopska hematurija in nagnjenost h krvavitvi
- Kožne bolezni na območju punkcije

- Kontraindikacije

- Kirurski razkuži kožo
- Uvedite lokalno anestezijo

- Tehnična izvedba punkcije:

- Katete priključi na urinsko vrečko. Vstavite kateter v razcepljeno kanilo do 1. oznake in odstranite varovalo kanile.

- Pred izvedbo punkcije s sklepalom naredite vrez v kožo.

- Uporabite pripravljeno razcepljeno kanilo in predrite mehur pribl. 2 cm nad simfizo pravokotno na trebušno steno.

- Vstavite kateter skozi kanilo v mehur do 2. oznake.

- Na oznaki 1. in 2. izvedite vrez v kožo.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.

- Redno preverjajte prehodnost in položaj katetev, toda najmanj na vsake 3–4 tedne.

- Silikonske balonske katete ali katete z zavito konico je treba zamenjati najkasneje po 30 dneh.

- Pred uporabo katetev, ki vsebujejo lateks, se prepričajte, da pacient ni alergičen na lateks. Trajanje uporabe je omejeno na 4 dni, večkratna uporaba pa na 30 dni.