UROVISION

CZ

Souprava pro suprapubickou punkci močového měchýře s trokarem
Návod k použití

JP

套管針付き恥骨上膀胱穿セット
使用説明書

CN

带套管针的耻骨上膀胱穿刺套件
使用说明

AR

مجموعة بزل المثانة لتصريفها من فوق العانة، مع مبزّل تصريف سوائل
إرشادات الاستعمال

GANL Nr. 09-B

Symbole/Σύμβολα/Symbols/Símbolos/Symboles/Simboli/ シンボル/标识说明/Symboly/رموز

	DE	GB	FR	IT	ES	PT	GR	AE	CN	JP	CZ
	Hersteller	Manufacturer	Fabricant	Fabbricante	Fabricante	Fabricante	Κατασκευαστής	الجهة المُصنعة	制造商	メーカー	Výrobce
	Herstellungsdatum	Date of manufacture	Date de fabrication	Data di fabbricazione	Fecha de fabricación	Data de fabricação	Ημερομηνία παραγωγής	تاريخ التصنيع	生产日期	製造日	Datum výroby
CE XXXX	EU-Konformitäts-zeichen (Nummer gibt die Registrie-rungsnummer der benannten Stelle an)	EU conformity symbol (number indicates the registration number of the notified body)	Marquage CE de conformité (les chiffres indiquent le numéro d'identification de l'organisme notifié)	Marchio di conformità UE (il numero indica il numero di registrazione dell'organismo notificato)	Marca de conformidad de la UE (el número indica el número de registro del organismo designado)	Símbolo de conformidade com a legislação europeia (indica o número de registo do organismo notificado)	Σήμα συμμόρφωσης ΕΕ (ο αριθμός είναι ενδεικτικός για τον αριθμό καταχώρησης του κοινοποι-ημένου φορέα)	رمز مطابقة الاتحاد الأوروبي (يُشير الرقم إلى رقم تسجيل الهيكل المعني)	欧盟合格标志（数字指所相关认证机构的注册号）	CEマーキング（番号は通知機関の登録番号を示す）	EU značka shody (číslo je dáno registračním číslem jmenovaného místa)
REF	Bestell-nummer	Order number	Numéro de commande	Numero d'ordinazione	Nº. de pedido	Número do pedido	Αριθμός παραγγελίας	رقم طلب الشراء	订单号	注文番号	Objednací číslo
LOT	Chargenbe-zeichnung	Batch code	Numéro de lot	Numero del lotto	Código de lote	Número de lote	Χαρακτηρισμός παρτίδας	اسم الطلبية	批号	バッチコード	Označení šarže
	Verwendbar bis	Use by	Utilisable jusqu'au	Utilizzabile entro	Fecha de caducidad	Prazo de validade	Ημερομηνία λήξης	صالحة للاستخدام حتى	有效日期	有効日期	Použitelné do
STERILE EO	Sterilisation mit Ethylenoxid	Sterilisation with ethylene oxide	Stérilisation par oxyde d'éthylène	Sterilizzazione con ossido di etilene	Esterilización con óxido de etileno	Esterilização por óxido de etileno	Αποστείρωση με αιθυλοξείδιο	تعقيم من خلال أكسيد الإيثيل	经环氧乙烷灭菌	エチレンオキシド滅菌	Sterilizace ethylenoxidem
	Nicht erneut sterilisieren	Do not sterilize	Ne pas restériliser	Non sterilizzare nuovamente	No volver a esterilizar	Não esterilizar	Δεν επαναστο-ειρώνεται	لا تُعقم مرة أخرى	不可重复灭菌	滅殺菌しない	Nesterilizujte opakovaně
	Nicht zur Wiederver-wendung	Do not reuse	Ne pas réutiliser	Non riutilizzabile	No reutilizar	Não reutilizar	Δεν επαναχ-ρησιμοποιείται	غير مسموح بإعادة استخدامها	一次性使用	再使用禁止	Není určeno k opakovanému použití
	Vorsicht! Bitte Warnhinweise beachten	Caution! Please observe warnings!	Attention ! Respecter les mises en garde	Attenzione! Si prega di rispettare le avvertenze	¡Precaución! Tener en cuenta las indicaciones	Cuidado! Siga os avisos!	Προσοχή! Λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις προειδοποίησης	تنبيه! يُرجى مراعاة العلامات التحذيرية	注意！请遵守所有警告说明	注意１全ての警告をお守りください	Pozor! Dodržujte prosím výstražné pokyny
	Gebrauchs-anweisung ist zu beachten!	Operating instructions must be observed!	Respecter le mode d'emploi !	Rispettare le istruzioni per l'uso!	¡Tener en cuenta las instrucciones de uso!	As instruções de operação devem ser respeitadas!	Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες χρήσης!	يجب مراعاة إرشادات الاستخدام!	务必遵守使用说明！	使用説明書の内容をお守りください！	Dodržujte návod k použití!
	Produkt nicht bei Personen anwenden die einen Herzschritt-macher oder implantierten Defibrillator tragen!	Do not use this product on patients with a pacemaker or implanted defibrillator!	Ne pas utiliser le produit sur des personnes portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté !	Non utilizzare il prodotto per i pazienti portatori di pacemaker o defibrillatore impiantato!	¡El producto no debe ser utilizado por personas que lleven implantado un marcapasos o un desfibrilador!	Não utilize este produto em doentes com marca-passo ou desfibrilador implantável!	Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε άτομα που φέρουν βηματοδότη ή εμφυτευμένο απινιδωτή!	لا يُستخدم المنتج الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في منظم ضربات القلب الطبيعي أو مزيل الرجفان القابل للزرع!	不要将产品用于配戴心脏起搏器或植入型除颤器的人身上！	心臓ペースメーカーまたは植え込み型除細動器を使用されている方の近くで本製品をご使用にならないでください。	Nepoužívejte v blízkosti osob, které nosí kardiostimulátor nebo implantovaný defibrilátor!
MR	Keine MRT-Untersuchung bei Trägern dieses Produktes!	No MRT examinations on patients using this product!	Ne pas soumettre les personnes portant ce produit à un examen IRM !	Non sottoporre i pazienti portatori di questo prodotto ad un esame TRM!	¡No realizar ningún análisis con tomografía por resonancia magnética (TRM) si consume este producto!	Proibido tomografia de ressonância magnética em doentes usando este produto!	Απαγορεύεται κάθε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας για άτομα που φέρουν αυτό το προϊόν!	لا يخضع ناقلي هذا المنتج إلى فحص التصوير بالرنين المغناطيسي!	不要对配戴该产品的人进行mrt检查！	本製品を使用されている方の近くでMRI検査を行わないでください！	Nositelé tohoto výrobku nesmí podstupovat vyšetření MRT!
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden	Do not use if package is damaged	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Non usare se la confezione è danneggiata	No utilizar en caso de embalaje dañado	Não utilize se a embalagem estiver danificada	Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία είναι ελαττωματική	لا يُستخدم في حالة التغليف التالف	包装有损时不可使用	包装に破損がある場合、使用しないで下さい	Nepoužívejte, je-li obal poškozený
	Trocken aufbewahren	Keep dry	Conserver au sec	Conservare in luogo asciutto	Conservar en un lugar seco	Manter seco	Φυλάσσετε σε στεγνό μέρος	يُحفظ في مكان جاف	储存于干燥处	乾燥した場所	Skladujte v suchu
	Oben	Up	Haut	Sopra	Arriba	Em cima	Επάνω	لأعلى	向上	上方	Nahoru
	Temperaturbegren-zung	Temperature limit	Limite de température	Limite di temperatura	Límite de temperatura	Limite de temperatura	Όρια θερμοκρασίας	تحديد درجة الحرارة	温度限制	温度制限	Omezení teploty
	Von Sonnenlicht fernhalten	Keep away from sunlight	Tenir éloigné de la lumière du soleil	Tenere lontano dai raggi del sole	Mantener apartado de la luz solar	Proteger da luz solar	Προστατεύετε από την ηλιακή ακτινοβολία	يُحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس	避免阳光直射	日光から遠ざけてください	Udržujte z dosahu slunečního svitu
5 kg max	Zulässige Stapellast	Stacking limit by mass	Charge de gerbage autorisée	Carico di impilaggio consentito	Carga apilable permitida	Carga máxima sobre a embalagem	Επιτρεπτό φορτίο στοίβαξης	يُسمح بالتحميل عليه	允许最大堆叠质量	重量による積上げ制限	Povolené stohovací zatížení
Rx ONLY	Verschreibungs-pflichtig (US-Symbol)	Available only on prescription (US symbol)	Prescription médicale obligatoire (symbole utilisé aux États-Unis)	Soggetto a prescrizione medica (simbolo US)	De prescripción obligatoria (símbolo US)	Disponível somente mediante receita médica (símbolo US)	Υποχρεωτικά συνταγογ-ραφούμενο (σύμβολο ΗΠΑ)	يتوافر حسب الوصف (رمز الولايات المتحدة)	仅适用于处方治疗（美国标识）	処方箋（米国シンボル）	Pouze na předpis (symbol USA)

Návod k použití

Souprava pro suprapubickou punkci močového měchýře s trokarem

GANL Nr. 09-B Trokar_CZ_01/20.01.2016

Poznámka: Tento zdravotnický prostředek smí získat a používat pouze vyškolený zdravotnický personál.

1. Popis
Souprava pro punkci močového měchýře pro suprapubické vyprazdňování močového měchýře s balónkovým katetrem Katetry se rovněž prodávají samostatně.

2. Obsah a balení soupravy
- Suprapubický katetr (balónkový katetr: 100% silikon)
- Trokar
- Skalpel pro provedení punkce
- Zátka katetru
- Dvojitý obal
- Návod k použití

3. Účel použití
Suprapubické vyprazdňování nebo laváž močového měchýře invazivní chirurgickou cestou.

4. Indikace
- Bilance tvorby moči
- Drenáž moči během operace a po operaci
- Laváž měchýře, např. po radikální prostatektomii
- Poruchy vyprazdňování močového měchýře
- Permanentní katetrizace
- Nácvik močení
- Profylaxe infekce
- Pro akutní prostatitidu nebo epididymitidu s poruchou vyprazdňování močového traktu
- Iniciální léčba při poraněních uretry

5. Kontraindikace
- Kontrahovaný močový měchýř
- Prevezikální nebo supravezikální jizvení nebo popáleniny.
- Ileus (obstrukce střeva)
- Meteorismus (tj. nadměrné nafouknutí střeva)
- Těhotenství
- Obezita
- Renální insuficience
- Tumor v oblasti podbřišku nebo tumor močového měchýře
- Výraznější makrohematurie a tendence ke krvácení
- Kožní onemocnění v oblasti punkce

Další kontraindikace vyplývají z omezení uvedeného základního účelu použití.

6. Vedlejší účinky
- Nutkání na močení
- Podráždění močového měchýře cizím tělesem
- Makrohematurie v souvislosti s punkcí
- Podráždění kůže v oblasti punkce
- Infekce

7. Pokyny
Punkci je třeba provést pod ultrazvukovou kontrolou.

Požadavky na punkci:
- Zajistit dostatečnou náplň měchýře. Pokud močový měchýř není dostatečně naplněn, lze jej nejprve naplnit za použití transuretrálního katetru.
- Stanovení místa punkce – ve střední čáře v podbřišku, přibližně 2 cm nad symfýzou. Zabraňte odchýlení punkce laterálním směrem!
- Chirurgická dezinfekce kůže
- Lokální anestezie

Technické provedení punkce:



- Připojte katetr ke sběrnému močovému sáčku.
- Před provedením punkce lze skalpelem provést incizi kůže.
- Pomocí připraveného trokaru se měchýř punktuje přibližně 2 cm nad symfýzou, kolmo k břišní stěně. Jemně otáčejte trokarem a jeho objímkou a opatrně je zasuňte až doprostřed měchýře (viz obrázek 1).
- Je-li punkce úspěšná, bude skrz trokar vidět moč.
- Vyjměte trokar z objímky. Současně uzavřete otvor objímky palcem.
- Poté zaveďte do objímky katetr.
- Když je katetr správně umístěn (zatlačte jej nejméně ke 2. značce!), naplňte balónek předepsaným množstvím tekutiny (viz obrázek 2).
- Poté opatrně nadzvedněte objímku z podbřišku.
- Stáhnutím plastového poutka otevřete a odstraňte objímku, ale nepohněte katetrem (viz obrázek 3).

DŮLEŽITÉ: Katetr se nesmí zatahovat zpět do objímky, jinak může dojít k poškození balónku.

Výměna katetru:
- Odblokujte balónek (u balónkového katetru).
- Zasuňte výměnný drát flexibilním hrotem skrz imanentní katetr do močového měchýře, přičemž současně natahujte katetr tak, aby byl co možná nejrovnější.
- Vytáhněte katetr z měchýře prostřednictvím imanentního výměnného drátu.
- Při použití výměnných dilatačních souprav lze tento drát použít k dilataci.
- Zaveďte katetr do močového měchýře za pomoci imanentního výměnného drátu.
- Naplňte balónek předepsaným množstvím tekutiny.

Zvláštní pokyny k použití pro dilatační výměnné soupravy s pigtailem:
Aby bylo možno zavést silikonový katetr skrz rozštěpený sheath dilatátoru, musí být katetr natažený pomocí vodicího drátu!

8. Možné komplikace a/nebo rizika
- Propíchnutí krevní cévy ve stěně močového měchýře může způsobit hematurii.
- Přiliš rychlé vyprázdnění nadměrně rozepjatého močového měchýře může vést ke krvácení do stěny močového měchýře. (Močový měchýř vyprazdňujte po frakcích.)
- Dlouhodobá drenáž může vést ke snížené kapacitě močového měchýře.
- U dlouhodobě zavedených katetrů je třeba pacienta a katetr pravidelně kontrolovat a hledat známky infekce, kontrolovat správnost umístění a výskyt inkrustací.
- Dislokace katetru

9. Varování / bezpečnostní opatření
- Tento výrobek je sterilní pouze tehdy, je-li obal nepoškozený a neotevřený.
- Pouze na jedno použití!
- Nepoužívejte výrobky po uplynutí data použitelnosti.
- Výrobek neotírejte alkoholem/dezinfekčními činidly. Mohlo by dojít k poškození povrchů.
- Před použitím je nutno pečlivě zkontrolovat kompatibilitu a integritu všech součástí.
- Pro punkci je zapotřebí vybrat nejmenší možný trokar!
- Při zavádění trokaru se ujistěte, že není pod příliš velkým tlakem.
- Nepoškozujte katetr ostrými chirurgickými nástroji – zvyšuje to riziko porušení katetru a/nebo balónku.
- Balónek nepřeplňujte! Naplňte jej pouze na maximální specifikovaný objem! (Podrobnosti lze najít v dokumentaci přiložené ke katetru a/nebo na štítku)
- Aby se snížilo riziko ztráty objemu balónku, používejte k jeho plnění destilovanou vodu + 10 % glycerin. Při uzávěru sterilní vodou nelze zaručit, že uzávěr bude dostatečný po celou dobu přítomnosti katetru in situ.
- Katetr pravidelně kontrolujte a zjistěte, zda je drenáž účinná. Objem naplnění balónku musí být pravidelně kontrolován po 1 až 2 týdnech. Při opětovném plnění balónek nejprve zcela vyprázdněte a poté jej naplňte na maximální uvedený objem a uzavřete. Balónek plňte pod mírným tlakem.
- Aby se snížilo riziko vzniku infekcí močových cest, v ideálním případě by nemělo být přerušeno spojení mezi katetrem a močovým sáčkem.
  Doporučuje se používat uzavřené drenážní systémy.
- Ve výjimečných případech se může stát, že balónek nelze odblokovat. V takovém případě lze balónek vyprázdnit pomocí zvláštních postupů (např. odstřižením ventilu, propíchnutím balónku po suprapubické incizi atd.). Uživatel se musí rozhodnout pro nejvhodnější opatření podle individuální situace. Poté je nutno zkontrolovat úplnost balónku.
- K lubrikaci katetru používejte výhradně lubrikanty rozpustné ve vodě. Nepoužívejte lubrikanty ropného původu.
- Katetr je třeba pravidelně kontrolovat, nejméně každé 3–4 týdny, z hlediska účinnosti drenáže a polohy katetru; je také třeba posoudit nutnost výměny katetru. Trpí-li pacient infekcí močových cest, může relativně rychle dojít k inkrustaci a ucpání katetru.
- Silikonové balónkové katetry musí být měněny nejpozději po 30 dnech.

10. Interakce s jinými léky
Vlivem současného podávání léků nebo dokonce v důsledku kontaktu s močí může dojít ke změně barvy katetru.

11. Přeprava a podmínky skladování
Výrobky lze přepravovat a skladovat pouze v obalu určeném pro tyto účely. Pro přepravu nejsou vyžadovány žádné další specifické podmínky.

Výrobky musí být skladovány v suchu a chráněny před přímým slunečním světlem při rozsahu teplot 5 až 30 stupňů Celsia.

12. Likvidace
Po použití může tento výrobek představovat biologicky nebezpečný odpad. Při manipulaci a likvidaci takového odpadu postupujte dle zavedených zdravotnických postupů, v souladu s platnými zákony a předpisy.

使用方法

套管針付き恥骨上膀胱穿セット

GANL Nr. 09-B Trokar_JP_01/20.01.2016

ご注意: この医療製品は、訓練を受けた医療従事者のみにより入手、ご使用いただけます。

1. 概要
バルーンカテーテル付きの恥骨上膀胱ドレナージ向け膀胱穿孔セット。カテーテルは別売りもあります。

2. セットの内容と包装
- 恥骨上カテーテル（バルーンカテーテル；100%シリコン）
- 套管針
- 穿刺で使う外科用メス
- カテーテルプラグ
- 二重包装
- 使用方法

3. 使用目的
外科的に侵襲性あるアクセスによる、恥骨上膀胱ドレナージまたは洗浄。

4. 適応症
- 尿排泄バランス
- 術中および術後の尿ドレナージ
- 膀胱の洗浄、例えば、前立腺全摘出術の後
- 排尿障害
- 永久カテーテル法
- 尿意トレーニング
- 感染予防法
- 急性前立腺炎または尿路排尿障害がある副睾丸
- 尿管損傷の初期治療

5. 禁忌
- 萎縮膀胱
- 膀胱前または上恥骨結合瘢痕化または火傷
- イレウス（腸閉塞）
- 膨張（例：腸管の過膨張）
- 妊娠
- 肥満
- 腎不全
- 下腹部または膀胱の腫瘍
- 肉眼的血尿および出血の傾向
- 穿刺部位の皮膚疾患

対応する基本的処置の制限がその他の禁忌につながります。

6. 副作用
- 尿意切迫
- 膀胱での異物による不快感
- 穿刺に関係する肉眼的血尿
- 穿刺部位の皮膚炎
- 感染

7. 説明
穿刺は超音波の誘導により行われる必要があります。

穿刺条件:
- 膀胱が十分にいっぱいであることを確実にします。膀胱が十分にいっぱいでない場合は、最初に経尿道カテーテルを使用して膀胱を満たすことができます。
- 穿刺部位を決定 - 下腹部の正中線、結合線の約２ｃｍ上。横方向の穿刺逸脱は避けてください！
- 手術時の皮膚消毒
- 局所麻酔

穿刺の技術的な施行：



- カテーテルを集尿袋に接続します。
- 穿孔が行われる前に、外科用メスで皮膚を切開することができます。
- 準備された套管針を使用し、腹壁に垂直である結合線の約2cm上の位置で膀胱を刺し通します。套管針とスリーブの緩やかな回転と共に、それらを膀胱の中心（図1参照）まで注意して挿入します。
- 穿孔が成功すると、套管針の全体に尿が見えます。
- スリーブから套管針を取り外します。同時に、スリーブの開口部を親指で閉じます。
- そして、カテーテルをスリーブに導入します。
- カテーテルが正確に位置付けられたら（少なくとも2番目のマークまで押す！）、処方された液体量（図2参照）でバルーンを満たします。
- 次に下腹部からスリーブを注意して引き上げます。
- カテーテルを動かさず、プラスチック・タブを引き下げ、スリーブを開けて取り除きます（図3）。

重要事項: カテーテルはスリーブの中に引き戻さないこと、そうでなければバルーンが損傷する可能性があります。

カテーテルの交換：
- バルーンをアンロックします（バルーンカテーテルについて）。
- 弾力性のある先端で、留置カテーテルを通して交換ワイヤーを膀胱に挿入し、同時にカテーテルを可能な限り直線状にします。
- 留置交換ワイヤーを使用して、膀胱からカテーテルを取り外します。
- 拡張交換セットを使用する場合は、拡張の際にワイヤーを使用できます。
- 留置交換ワイヤーを使用して、膀胱にカテーテルを挿入します。
- あらかじめ決められた量でバルーンを満たします。

ピッグテール付き拡張交換セットに関する特別な使用説明：
拡張器のスプリットシースからシリコンカテーテルを挿入するには、カテーテルはガイドワイヤーを使用して拡張される必要があります！

8. 問題および/またはリスクの可能性
- 膀胱壁の血管に穴をあけると、血尿が生じることがあります。
- 拡張しすぎた膀胱からの排出が早過ぎると、膀胱壁が出血する可能性があります。（膀胱からは徐々に排出してください。）
- 長期的なドレナージにより膀胱の機能が衰える可能性があります。
- 長期的なカテーテルの場合は、患者とカテーテルを定期的にチェックして、感染症の兆候や適正な位置、痂皮形成の有無を確認します。
- カテーテルの位置ずれ

9. 警告/注意
- 製品は包装が破損しておらず、未開封の場合のみ無菌です。
- 1 回のみ使用できます！
- 使用期限が過ぎた製品は使用しないこと。
- 製品はアルコール/殺菌剤で拭かないでください。表面が損傷する可能性があります。
- 全部品について互換性ならびに統合性を、注意して使用前に確認する必要があります。
- 穿刺には可能な限り最小の套管針が選択される必要があります！
- 套管針を挿入する時は、圧力をかけ過ぎないことに確実にしてください。
- 鋭利な手術用具でカテーテルを傷付けないでください。カテーテルおよび/またはバルーンが損傷するリスクが高くなります。
- バルーンはブロックし過ぎないでください！指定された最大量のみをブロックしてください！（詳細はカテーテルの付属品やラベルに記載されています）
- バルーンの容量喪失リスクを減らすため、蒸留水と10 %のグリセリンを使用してください。滅菌水でブロックしても、カテーテルが元の位置にある間、十分にブロックできない可能性があります。
- カテーテルの排液性と位置を定期的に確認してください。バルーンの充填量は、1～2週間の間隔でチェックしてください。バルーンを再度充填するには、まず完全に空にしてから、公称最大量に達するまでブロックします。わずかな圧力をかけてバルーンに充填します。
- 尿路感染症のリスクを低減するため、カテーテルと尿バッグの接続は離さないでください。閉じたドレナージシステムをお勧めします。
- 例外的な場合、バルーンのブロック解除が不可能なことがあります。この場合、バルーンは特別な方法で空にします（バルブを切り離す、恥骨上部切開でバルーンに穴をあけるなど）。それぞれの状況に応じて最も適切な方法を決める必要があります。この後、バルーンに欠陥がないか点検してください。
- カテーテルは水溶性の潤滑剤でのみ潤滑してください。石油系の潤滑剤は使用しないでください。
- カテーテルは定期的に検査される必要があり、少なくとも3～4週間毎に、ドレナージの有効性、位置、カテーテル交換が検討されるべきです。患者が尿路感染症を患っている場合、カテーテルは比較的早く覆われブロックされる可能性があります。
- シリコン製バルーンカテーテルは、30 日が経過する前に交換してください。

10. 他の薬剤との相互作用
尿を識別するための染料を含む薬物の併用、または尿との接触によっても、カテーテルが変色する可能性があります。

11. 輸送と保存の状態
この製品は輸送と保存の目的でされた包装のみで、輸送と保存ができます。輸送については、さらに特定の条件はありません。

製品は乾燥した場所で貯蔵し、直射日光から保護し、摂氏5～30度で保存される必要があります。

12. 处分
この製品は、使用後、生物学的な危害性を生じる可能性があります。取扱いと処分は容器された医療手順に従って行い、該当する法規やガイドラインに沿って実行してください。

UROVISION
Gesellschaft für medizinischen
Technologie-Transfer mbH
Pullacher Str. 4
83043 Bad Aibling, Germany
Tel.: 08061-3919-0, Fax: 08032-973-411
urovision@urovision.de www.urovision.de

CE 0124

max. 30°C
min. 5°C

STERILE EO

Rx ONLY